

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für  
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR: 0504661

An  
**Antiseptica**  
**chem. - pharm. Produkte GmbH.**  
**Handelskai 388**  
**A-1020 Wien**

Wien, 5.10.2017



**ANTISEPTICA KOMBI-FLÄCHEN DESINFEKTION**

auf der Basis von Glutaraldehyd, Benzalkoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid wurde am 10. 06. und 19. 12. 2003 von Prof.Dr.med.habil. A. Kramer (Greifswald) und am 09. 07. und 30. 01. 2003 von Prof.Dr.med. H.-P. Werner (Bischofshofen) auf seine desinfizierende Wirkung geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

**Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)**

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

**unter geringer Belastung**

gegen Bakterien/Sprosspilze: **1,0% / 5min; 0,5% / 15min (30min); 0,25% / 1h**


gegen Tuberkelbakterien: **4,0% / 30min, 1,0% / 1h; 0,5% / 4h.**

**unter hoher Belastung**

gegen Bakterien/Sprosspilze: **1,5% / 5min; 1,0% / 15min; 0,5% / 30min; 0,25% / 1h**

gegen Tuberkelbakterien: **4,0% / 30min; 1,0% / 1h.**

Diese Expertise gilt bis zum 31. Dezember 2018.

  
Univ.Prof.Dr.med. G. Wewalka  
Vorsitzender des Begutachtungsausschusses