

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR: 0504661

An

Wien, 5.8.2020

Antiseptica

chem. - pharm. Produkte GmbH.

Handelskai 388/ Top 641

A-1020 Wien



Manorapid basic

auf der Basis von Propan-2-ol und Propan-1-ol wurde
am 6.8.2009 und 17.12.2018 von Dr. Koburger (Greifswald), und
am 4.8.2009 von Prof.Dr. Werner (Bischofshofen)
auf seine Wirksamkeit geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

Hygienischen Händedesinfektion

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

unverdünnt 2 x 3 ml während mindestens 30 s einreiben

Diese Expertise gilt bis zum 30. August 2023.


Univ.Prof.Dr.med. G. Wewalka
Vorsitzender des Begutachtungsausschusses