

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

P Freyung 6/3, 1010 Wien | T +43 1 40160-3303 | F +43 1 40160-933000

An
**LSK-Wintrich Desinfektions-
und Dosiertechnik GmbH**
Weidenring 11
D-64625 Bensheim

Wien, 22.10.2024



Das Dosiergerät ZEL 12 CPU

wurde am 17.01.2001 von TÜV (München),
am 29.01.2001 vom DVGW (Bonn),
am 05.12.2001 vom BAM (Berlin) und
am 12.12.2002 von SERCO (Bonn)
auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung
**zur automatischen Bereitung der gebrauchsfertigen Lösung eines flüssigen
Desinfektionsmittels bei Betrieb der Anlage gemäß zugehöriger
Bedienungs- und Wartungsanleitung.**

Diese Expertise gilt bis zum 2. Oktober 2027.


Assoc.-Prof. Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Miranda Suchomel
Stellvertretende Vorsitzende des Begutachtungsausschusses